

Helsingin Kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastine Dental Systems Oy:n esittämään oikaisuvaatimukseen koskien:

HEL 2020-007953 / Myllypuron hammashoitolan hammashoitoyksiköiden ja klo 12 imujen hankintapäätökseen (HEL 2020-007953 T 02 08 01 00)

Kohta 1

Minimivaatimus:

Instrumenttisillassa olevien laitteiden paikat ovat käyttäjän muutettavissa ilman erillisiä työkaluja. Tarjoaja lataa tähän liitteen, josta käy ilmi se, mitkä laitteet ja laitepaikat voi käyttäjä vaihtaa ja mitkä vaativat huollon toimenpiteet sekä mikäli laitteen paikka ei ole muutettavissa.

Fimet Vastine:

Käyttäjän toimesta ilman erillisiä työkaluja vaihdettavissa olevat laitteet ja laitepaikat: MC3-yhteensopivat mikromoottorit ja turbiinit (Bien-Air, NSK).

Muiden laitteiden/laittepaikkojen vaihtaminen onnistuu nopeasti huollon toimesta.

Kohta 2

Seuraava kohta tarjouspyynnön minivaatimuksena ei mielestämme myöskään täyty:

Laitteletkut ovat käyttäjän helposti vapautettavissa dooriovarsista siten, että laiteletkujen instrumentteja voi käyttää myös "vedottomassa" tilassa.

Fimet Vastine:

Vaikkakin dooriovarret, letkusto ja instrumentit ovat erittäin hyvin tasapainotetut niin käyttäjä voi halutessaan lukita dooriovarret etuasentoon käyttämällä siihen tarkoitukseen toimitettua erikoisavainta. Tästä ei ole mainintaa oikaisuvaatimukseen liitettyssä käyttöopas versiossa.

Kohta 3

Viimeisenä kohtana pyydämme teitä huomioimaan seuraavan minimivaatimuksen:

Teho/syljenimuletkuja on mahdollisuus ostaa irallaan metrihinnalla ja ne pystytään vaihtamaan hoitolassa käyttäjän toimesta.

Fimet Vastine:

Oikaisuvaatimuksessa mainittu toimenpide ei pidä paikkaansa (liimatut /hankalat liitokset). Sisäletkustot on integroitu imuletkustoon jolloin vaihtotoimenpide ei muutu/ole muuttunut mitenkään. Mainittu toimenpideväättämä on epärelevantti ja tarpeeton. Desifiointi myös vähentää letkuston vaihtotarvetta ainakin hygienian näkökulmasta. Kiistatonta on, että desifiointiaine pitää tuottaa letkuston yläpään jotta vaikutus on olemassa, mieluiten jatkuvatoimisena. Kyseistä tekniikkaa käytetään yleisesti. Fimetiltä saa ostettua imuletkua, johon integroitu valmiiksi sisälle desifiointiaineen letku metrihinnalla. Letkuissa päissä valmiina liittimet, jolloin letkujen vaihto ei vaadi mitään muita toimenpiteitä kuin vanhan letkun irti nykäisemisen ja uuden paikalleen painamisen.

Vastineen laatijan yhteystiedot:

Fimet Oy
Teollisuustie 6
07230 Askola