

Helsingin Kaupunki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

OIKAISUVAATIMUS HEL 2020-007953 / Myllypuron hammashoitolan hammashoitoyksiköiden ja klo 12 imujen hankintapäätökseen (HEL 2020-007953 T 02 08 01 00)

Vaadimme Fimet Oy:n tarjouksen hylkäämistä perusteella; ei täytä pyydettyjä minimivaatimuksia. Esitämme vaatimuksessamme kolme kohtaa, joissa minimivaatimus ei täyty.

Kohta 1

Minimivaatimus:

Instrumenttisillassa olevien laitteiden paikat ovat käyttäjän muutettavissa ilman erillisiä työkaluja. Tarjoaja lataa tähän liitteen, josta käy ilmi se, mitkä laitteet ja laitepaikat voi käyttäjä vaihtaa ja mitkä vaativat huollon toimenpiteet sekä mikäli laitteen paikka ei ole muutettavissa.

Minimivaatimuksessa instrumenttisillan laitteiden paikkojen pitää olla käyttäjän (esim. hammaslääkäri, hammashoitaja, suuhygienisti) vaihdettavissa. Kilpailutuksen voittaneen Fimet Oy:n tarjoama Fimet F1 City hammashoitoyksikkö ei mielestämme täytä tätä vaatimusta.

Laitteen käyttöohjeessa, joka koskee myös Fimet F1 City mallia (todennettavissa ohjeen sivulla 5) todetaan seuraavaa sivulla 17.

" There are five places for instruments on the instrument bridge. The arrangement of the instruments is set according to the customer's order. Changing the arrangement must be done by maintenance personnel."

Tämä tarkoittaa, että instrumenttisillan paikka määritellään valmistajalle kun hammashoitoyksikkö tilataan ja paikka on siten lopullinen. Toisin sanoen käyttäjä ei voi vaihtaa paikkaa ilman erillisiä työkaluja ja lisäksi järjestyksen muuttaminen vaatisi valmistajan huoltohenkilön käynnin, joka on yleensä erillislaskutettava palvelu.

Valmistajan käyttöohjeessa ei ole minkäänlaista mainintaa instrumenttiletkujen päissä olevista liittimistä instrumenttisiltaan. Tämä tukee näkemystämme asiassa.

Kohta 2

Seuraava kohta tarjouspyynnön minivaatimuksena ei mielestämme myöskään täyty:

Laiteletkut ovat käyttäjän helposti vapautettavissa doriovarsista siten, että laiteletkujen instrumentteja voi käyttää myös "vedottomassa" tilassa.

Olettehan huomioineet seuraavan asian. Fimet Oy:n tarjoamassa laitteessa instrumentti käynnistyy ja pysyy aktiivisena dooriovarren vedosta. Kun laiteletku irrotetaan dooriovarresta, instrumentti ei saa aktiivitilaa ja ei käynnisty sekä pysy aktiivisena. Mielestämme instrumenttia ei voi käyttää minimivaatimuksen mukaisesti "vedottomassa" tilassa.

Kohta 3

Viimeisenä kohtana pyydämme teitä huomioimaan seuraavan minimivaatimuksen:

Teho/syljenimuletkuja on mahdollisuus ostaa irallaan metrihinnalla ja ne pystytään vaihtamaan hoitolassa käyttäjän toimesta.

Fimet Oy:n tarjoamassa laitteessa imuletkun sisällä kulkee pesuletku. Imuletkun vaihtotyö vaatii käyttäjältä (esim. hammaslääkäri, hammashoitaja, suuhygienisti) seuraavia toimenpiteitä. Vaihdeettava imuletku on liimattu ja hankala irrottaa. Liittimet on myös irrotettava molemmista imuletkun päistä. Imuletkun sisällä oleva pesuletku tulee irrottaa letkun molemmista päistä kiinnitettyyn pesunippaan. Imuletkun sisälle on pujoteltava uusi pesuletku, joka kiinnitetään molempiin päihin pesunippoihin. Lopuksi imuletku liimataan ja liittimet kiinnitetään.

Mielestämme oheinen vaihtotyö on suuritöinen ja vaatii huoltoammattilaisen osaamista, eikä vaihtotyö ole mahdollinen käyttäjälle vaan vaatii ammattitaitoisen huoltohenkilön.

Oikaisuvaatimuksen laatijan yhteystiedot:

Dental Systems Oy

Niittylänpolku 16

00620 HELSINKI

Ystävällisin terveisin

██████████

Dental Systems Oy

Liitteet: F1 User Guide